

製品分析表

東京大学 御中

兵庫県尼崎市南塚口町4-3-23

日本エアロミクス(株)
 ジャパンエアクラス社
 品質マネジメント部
 品質保証課

TEL 06-6429-2249

ローリー車番		P1016	
品 名		液化窒素	
項 目		分析値	
成分	単位		
純 度	%	≥ 99.999	
不 純 物	O ₂	ppm	≤ 0.5
	露点	°C	≤ -70
備考: JIS1級			
記載数値は工場製品貯槽の分析値です。			
E11			

発行番号
E11-003-MK-1122-1

分析表発行責任者
村石秀人